

Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров'я України
ЄДРПОУ 22863747

вул. Кловський узвіз, 13-А, м. Київ, 01021, Україна

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

Код ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Стерилізатор сухоповітряний)

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:

Державна установа: Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин Міністерства охорони здоров'я України,
Місцезнаходження: вул. Кловський узвіз, 13-А, м. Київ, 01021, Україна
ЄДРПОУ 22863747,
категорія замовника: згідно п.3 ч.4 ст.2 Закону «Про публічні закупівлі»

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Код ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні (Стерилізатор сухоповітряний)

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги

UA-2024-10-23-014928-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 94`500.00 грн з ПДВ. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснювалося із застосуванням проведення моніторингу цін, шляхом запиту комерційних пропозицій від постачальників на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу III наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

Розмір бюджетного призначення: 94`500.00 грн з ПДВ.

Відповідно до п. 14 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених Постановою КМУ від 12.10.2022 р. № 1178 та статті 4 Закону планування закупівель здійснюється на підставі наявної потреби або у разі планової потреби наступного року. Заплановані закупівлі включаються до річного плану закупівель. Закупівля здійснюється відповідно до річного плану на 2024 рік.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.

Кількість – згідно медико-технічних вимог.

Термін постачання — з дати укладання договору по 20.12.2024.

Якісні та технічні характеристики заявленої кількості товару визначені з урахуванням реальних потреб установи та оптимального співвідношення ціни та якості. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначено з урахуванням діючих нормативно-правовим актам, яким повинен відповідати відповідний вид товару.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

№ з/п	Найменування товару	Технічні характеристики	Одиниця виміру	Кількість
1	Стерилізатор сухоповітряний (НК 024:2023 – 35364 – Стерилізатор сухожаровий)	1. Призначення приладу: стерилізація, сушка металевих та скляних матеріалів, розігрів зразків за рахунок сухого тепла. 2. Температурний діапазон повинен бути не гірше 70 °C/ 250 °C 3. Об'єм 110 ± 2 л. 4. Наявність запобіжного термостату 5. Наявність таймеру від 1хв – 99,9 год. 6. Наявність дисплею температури та часу 7. Програмування: - встановлення температури - встановлення часу - встановлення часу затримки 8. Наявність кодів помилок 9. Матеріал внутрішньої камери – нержавіюча сталь 10. Наявність не менш ніж двох полиць 11. Живлення 220/230 В, 50 Гц 12. Гарантійний термін обслуговування – 12 місяців	шт	1